



# ЦентрЭнерго

## ИЗВЕЩЕНИЕ О непригодности к применению № Т87593

Средство измерений

*Теплосчётчик компактный*

*наименование, тип*

**СТК**

*отсутствует*

*серия и номер клемма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)*

заводской номер **8582;361494г/х**

принадлежащее

*наименование юридического (физического) лица*

поверено и на основании результатов поверки признано непригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Причины непригодности: *Теплосчётчик не удовлетворяет требованиям п. 9 МИ 2573-2000 и требованиям описания типа средств измерений*

*Теплосчётчики компактные «СТК»*

Начальник отдела поверки

*должность руководителя подразделения*

*А.А. Гатин*

*инициалы, фамилия*

Поверитель

*Ю.А. Манохин*

*инициалы, фамилия*

“ 03 “ декабря 20 14 г.